

Αρ. αναφοράς

Για ανοικτή χειρουργική επέμβαση:




0301-04M20, 0301-04M27, 0301-04M27A70, 0301-04ML20, 0301-04ML27, 0301-04ML27A70, 0301-04L20, 0301-04L27, 0301-04L27A70, 0301-04XL20, 0301-04XL27, 0301-04XL27A70, 0301-04XXL20

Για ενδοχειρουργική μη αποσπώμενο:

0301-04ME, 0301-04MEA20, 0301-04MEA45, 0301-04MEB, 0301-04MEA20B, 0301-04MLE, 0301-04MLEA20, 0301-04MLEA45, 0301-04MLEB, 0301-04MLEA20B, 0301-04LE, 0301-04LEA20, 0301-04LEA45, 0301-04LEB, 0301-04LEA20B, 0301-04XLE, 0301-04XLEA20, 0301-04XLEA45, 0301-04XLEB, 0301-04XLEA20B

Για ενδοχειρουργική αποσπώμενο:

0301-04MMLEHS, 0301-04LXLEHS, 0301-04MMLEHSB, 0301-04LXLEHSB, 0301-04MEI, 0301-04MLEI, 0301-04LEI, 0301-04XLEI, 0301-04MEA20I, 0301-04MLEA20I, 0301-04LEA20I, 0301-04XLEA20I, 0301-04MEA45I, 0301-04MLEA45I, 0301-04LEA45I, 0301-04XLEA45I, 0301-04MEIB, 0301-04MLEIB, 0301-04LEIB, 0301-04XLEIB, 0301-04MEA20IB, 0301-04MLEA20IB, 0301-04LEA20IB, 0301-04XLEA20IB, 0301-04MEA45IB, 0301-04MLEA45IB, 0301-04LEA45IB, 0301-04XLEA45IB

 <p>GRENA[®]</p> <p>Grena Ltd, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH, Ηνωμένο Βασίλειο</p>	<p>Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο/φαξ: + 44 115 9704 800</p>	 <p>MDML INTL LTD, 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Δημοκρατία της Ιρλανδίας</p>		<p>GRE</p> <p>IFU-045-GRE_22 IFU-H45-GRE_22 IFU-I45-GRE_22</p>
---	---	--	---	---

**Σημαντικό:**

Οι οδηγίες που παρέχονται στο παρόν δεν προορίζονται να αποτελέσουν ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τις χειρουργικές τεχνικές που σχετίζονται με τη χρήση των συνδετικών κλιπ Click'aV®. Η απόκτηση επάρκειας στις χειρουργικές τεχνικές απαιτεί άμεση συνεργασία με την εταιρεία μας ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα για την πρόσβαση σε λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες, τη συμβουλευτική της επαγγελματικής ιατρικής βιβλιογραφίας και την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση ενός χειρουργού ειδικευμένου στις ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις. Πριν από τη χρήση της συσκευής, σας συνιστούμε να μελετήσετε διεξοδικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η μη τήρηση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά χειρουργικά αποτελέσματα, όπως τραυματισμό του ασθενούς, μόλυνση, μόνωση, διασταυρούμενη μόλυνση ή θάνατο.

Ενδείξεις:

Οι προσαρμογές συνδετικών κλιπ Grena Click'aV® ενδείκνυνται για χρήση ως συσκευές παροχής των πολυμερών συνδετικών κλιπ Grena Click'aV® και Click'aV Plus™ κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικών, θωρακοσκοπικών και ανοικτών χειρουργικών επεμβάσεων. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμβατότητα μεταξύ του μεγέθους του αποφρασσόμενου ιστού και των επιλεγμένων κλιπ για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης και ασφάλειας.

Ομάδα-στόχος ασθενών - ενήλικες και έφηβοι ασθενείς όλων των φύλων.

Προοριζόμενοι χρήστες: Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας

Αντενδείξεις

MHN χρησιμοποιείται για την απολίνωση των σαλπίνγων ως αντισυλληπτική μέθοδος λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε αυτές τις συνθήκες.

MHN χρησιμοποιείται για την απολίνωση της νεφρικής αρτηρίας κατά τη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή ζώντος δότη

MHN το χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή κλιπς ως μαρκαδόρο ιστού.

Περιγραφή της συσκευής:

Click'aV® Οι συνδετήρες συνδετικού κλιπ είναι επαναχρησιμοποιούμενα χειρουργικά εργαλεία που διατίθενται σε εκδόσεις τόσο για ανοικτή όσο και για ενδοσκοπική χειρουργική. Κάθε μέγεθος συνδετήρα πρέπει να εφαρμόζεται με τον αντίστοιχο συμβατό εφαρμοστή συνδετήρων. Οι ενδοσκοπικές συστολές M και ML μπορούν να περάσουν μέσα από κάνουλα τροκάρ 5 mm, ενώ οι συστολές L και XL απαιτούν κάνουλα τροκάρ 10 mm.

Οι μη αποσπώμενες ενδοσκοπικές συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένο κανάλι έκπλυσης και δεν απαιτούν αποσυρμαολόγηση για καθαρισμό. Αντίθετα, η αποσπώμενη έκδοση απαιτεί αποσυρμαολόγηση για τον καθαρισμό με ξεβίδωμα του ενδόμενου από τον άξονα με αριστερόστροφη φορά. Το κανάλι έκπλυσης στην αποσπώμενη έκδοση διευκολύνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τον άξονα μετά την αφαίρεση του ενδόμενου. Ο άξονας της ενδοσκοπικής εφαρμογής μπορεί να περιστραφεί κατά 360° σε σχέση με τη λαβή.

Τα ένθετα μεγέθους M και ML είναι συμβατά με λαβές 5 mm, ενώ τα ένθετα L και XL έχουν σχεδιαστεί για λαβές 10 mm. Οι βαριατρικές εκδόσεις χαρακτηρίζονται με το γράμμα "B" στον αριθμό αναφοράς.

Οδηγίες χρήσης:

- Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος του κλιπ και τον συμβατό εφαρμοστή. Όταν χρησιμοποιείτε ενδοσκοπικό αποσπώμενο επιστόμιο, επιλέξτε ένα ένθετο συμβατό με το μέγεθος του κλιπ. Τοποθετήστε το στον άξονα της λαβής και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.
- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα όλων των συσκευών πριν από τη χρήση.
- Τηρώνατε ασηπτικές διαδικασίες, αφαιρέστε το φυσιγγίο με τα κλιπς από την αποστειρωμένη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά της συσκευής τοποθετήστε την σε αποστειρωμένη επιφάνεια.
- Πιάστε τον εφαρμοστή ανοικτής χειρουργικής επέμβασης γύρω από το μπουλόνι (όπως πιάνεται το μολύβι). Για τις ενδοσκοπικές λαβίδες πιάστε τη λαβίδα γύρω από τον άξονα. Μια τέτοια λαβή διασφαλίζει ότι οι σιαγόνες της συσκευής παραμένουν πλήρως ανοικτές, πράγμα που είναι απαραίτητο για τη σωστή φόρτωση του κλιπ.
- Ευθυγραμμίστε τις σιαγόνες του εφαρμοστή κλάδα και πλευρικά πάνω από ένα κλιπ στην κασέτα και προωθήστε τις σιαγόνες του προϊόντος στην υποδοχή της κασέτας κλιπ διασφαλίζοντας ότι είναι κάθετες στην επιφάνεια της κασέτας. Η λανθασμένη θέση των σιαγόνων κατά τη διάρκεια της φόρτωσης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη τοποθέτηση του κλιπ στις σιαγόνες, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ασφαλούς κλεισίματος του κλιπ, το ράγισμα, την παραμόρφωση ή την πτώση του από τον εφαρμοστή. Προωθήστε τις σιαγόνες απαλά μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό κλικ. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη για να στρώσετε τον εφαρμοστή. Ο προσαρμογέας πρέπει να κινείται εύκολα μέσα και έξω από την υποδοχή. Η χρήση υπερβολικής δύναμης για να στρώσετε τον προσαρτητήρα μπορεί να σπάσει το κλιπ.
- Αφαιρέστε τον εφαρμοστή από την κασέτα. Μπορεί να χρειαστεί να κρατήσετε το φυσιγγίο για να μπορέσει να αφαιρεθεί το κλιπ. Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ είναι σταθερά στερεωμένο στις σιαγόνες. Οι προεξοχές του κλιπ πρέπει να εφαρμόζονται στις εγκοπές των σιαγόνων του προσαρτητήρα. Η λανθασμένη τοποθέτηση του κλιπ στις σιαγόνες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ασφαλούς κλεισίματος του κλιπ, το ράγισμα, την παραμόρφωση ή την πτώση του από τον εφαρμοστή.
- Σκελετοποιήστε επαρκώς τη δομή που πρόκειται να συνδεθεί, ώστε ο μηχανισμός ασφάλισης του συνδετήρα να είναι μακριά από τον ιστό και να αποφεύγεται η διείσδυση του μάνταλου μέσα από τον ιστό. Η διείσδυση του ιστού από το δόμητο επηρεάζει την ασφάλεια του κλεισίματος, μπορεί να παραμορφώσει ή και να σπάσει το κλιπ.
- Εάν χρησιμοποιείτε ενδοσκοπική σπάτουλα, πιέστε απαλά τις λαβές της σπάτουλας (χωρίς να ασφαλίσετε το κλιπ) και εισαγάγετε τις σιαγόνες και τον άξονα της σπάτουλας στον σωληνίσκο. Διατηρήστε τη συμπίεση στις λαβές της σπάτουλας έως ότου οι σιαγόνες απομακρυνθούν από την κάνουλα, καθώς οι περισσότερες κάνουλες έχουν εσωτερική διάμετρο μικρότερη από τις ανοιγμένες σιαγόνες της σπάτουλας. Η συμπίεση των λαβών του προσαρτητήρα μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη κατά την απόσυρση του προσαρτητήρα από την κάνουλα. Εάν οι λαβές δεν συμπίεζονται επαρκώς, οι σιαγόνες του προσαρτητήρα μπορεί να ζύσουν το υλικό από το εσωτερικό του σωληνίσκου και αποκολλημένα πλαστικά σωματίδια μπορεί να πέσουν στις κοιλότητες του σώματος.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, περιτρέψτε τον άξονα του ενδοεφαρμογέα έτσι ώστε το μοναδικό μεγάλο δόντι του μάνταλου του συνδετήρα να είναι προσανατολισμένο προς τα κάτω και ορατό από πάνω και από το πλάι κάθε φορά. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να επιβεβαιώσει οπτικά τον εγκλεισμό της δομής που απολινώνεται και την απελευθέρωση του μάνταλου του κλιπ από τον ιστό. Για ανοικτή χειρουργική επέμβαση συνιστάται επίσης το μοναδικό μεγάλο δόντι του μάνταλου να είναι τοποθετημένο προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε το κλιπ γύρω από τη δομή που προορίζεται για απολίνωση με τρόπο που να παρέχει σαφή απεικόνιση του μηχανισμού ασφάλισης. Εφαρμόστε την κατάλληλη δύναμη για να κλείσετε εντελώς το κλιπ μέχρι να βεβαιώνονται ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Η απελευθέρωση της πίεσης στις λαβές θα προκαλέσει το άνοιγμα των σιαγόνων του συνδετήρα με ελατήριο.
- Απομακρύνετε το εξάρτημα από το χειρουργικό σημείο.

Συμβατότητα:

Μέγεθος κλιπ Click'aV® και Click'aV Plus™	Συμβατά Click'aV® συνδετικά κλιπ συνδεσμολογίας	συνδεμένης δομής σε [mm]
M	0301-04M20, 0301-04M27, 0301-04M27A70, 0301-04ME, 0301-04MEA20, 0301-04MEA45, 0301-04MEA20B, 0301-04MEB, 0301-04MMLEHS, 0301-04MMLEHSB, 0301-04MEI, 0301-04MEA20I, 0301-04MEA45I, 0301-04MEIB, 0301-04MEA20IB, 0301-04MEA45IB	2 έως 7
ML	0301-04ML20, 0301-04ML27, 0301-04ML27A70, 0301-04MLE, 0301-04MLEA20, 0301-04MLEA45, 0301-04MLEB, 0301-04MLEA20B, 0301-04MMLEHS, 0301-04MMLEHSB, 0301-04MLEI, 0301-04MLEA20I, 0301-04MLEA45I, 0301-04MLEIB, 0301-04MLEA20IB, 0301-04MLEA45IB	3 έως 10
L	0301-04L20, 0301-04L27, 0301-04L27A70, 0301-04LE, 0301-04LEA20, 0301-04LEA45, 0301-04LEB, 0301-04LEA20B, 0301-04LXLEHS, 0301-04LXLEHSB, 0301-04LEI, 0301-04LEA20I, 0301-04LEA45I, 0301-04LEIB, 0301-04LEA20IB, 0301-04LEA45IB	5 έως 13
XL	0301-04XL20, 0301-04XL27, 0301-04XL27A70, 0301-04XLE, 0301-04XLEA20, 0301-04XLEA45, 0301-04XLEB, 0301-04XLEA20B, 0301-04LXLEHS, 0301-04LXLEHSB, 0301-04XLEI, 0301-04XLEA20I, 0301-04XLEA45I, 0301-04XLEIB, 0301-04XLEA20IB	7 έως 16
XXL	0301-04XXL20	10 έως 22

**Προειδοποιήσεις και μέτρα προφύλαξης:**

- Επιθεωρήστε προσεκτικά το όργανο για τυχόν σημάδια βλάβης μετά και πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες λαβίδες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη τοποθέτηση κλιπ. Όταν είναι κλειστά, οι άκρες των σιαγόνων πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες απευθείας και όχι μετατοπισμένες. Ελέγχετε πάντα την ευθυγράμμιση των σιαγόνων των σφικτήρων πριν από τη χρήση. Η λανθασμένη ευθυγράμμιση των σιαγόνων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή παραμόρφωση του κλιπ κατά το κλείσιμο, εμποδίζοντας τη σωστή σύσφιξη και οδηγώντας ενδεχομένως σε τραυματισμό του ασθενούς.
- Οποιοδήποτε χειρουργικό και ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από άτομα με επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση με τις τεχνικές. Συμβουλευτείτε την ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με τις τεχνικές, τις επιπλοκές και τους κινδύνους πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης.
- Τα χειρουργικά εργαλεία μπορεί να διαφύονται από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Όταν χειρουργικά εργαλεία και αξεσουάρ διαφορετικών κατασκευαστών χρησιμοποιούνται μαζί σε μια διαδικασία, επαληθεύστε τη συμβατότητα πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να παρασβεί ο χρόνος της διαδικασίας, να μην είναι δυνατή η εκτέλεση της επέμβασης ή να χρειαστεί να μετατραπεί σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση.
- Οι προσαρμογές Click'aV® είναι συμβατοί μόνο με τα κλιπ Click'aV® και Click'aV Plus™ και **δεν είναι** συμβατοί με τα κλιπ LigaV® ή Vclip®. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχει επιλεγεί ο σωστός τύπος προσαρμογέα Grena πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψει αδυναμία εκτέλεσης της επέμβασης.

- Ο χειρουργός είναι πλήρως υπεύθυνος για την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής, του τύπου και του μεγέθους του ιστού και των αγγείων που είναι κατάλληλα για απολίνωση, του μεγέθους του κλιπ και του αντίστοιχου εφαρμοστή, καθώς και για τον καθορισμό του αριθμού των κλιπ που απαιτούνται για την επίτευξη ικανοποιητικής αμόσωσης και ασφάλειας σύγκλισης.
- Μην χρησιμοποιείτε μόνο το κλιπ που είναι τοποθετημένο στις σιαγόνες ή τον προσαρτητήρα ως όργανο ανατομίας, καθώς το κλιπ μπορεί να πέσει και οι άκρες του προσαρτητήρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ιστού.
- Εάν εκτελείται ενδοσκοπική διαδικασία, επιβεβαιώνεται πάντα ότι ο συνδετήρας παραμένει με ασφάλεια στις σιαγόνες του συνδετήρα μετά τη διέλευση του συνδετήρα και του συνδετήρα μέσα από τον σωληνίσκο.
- Μην επιχειρήσετε να κλείσετε τις σιαγόνες σε οποιαδήποτε δομή ιστού χωρίς ένα κλιπ να έχει τοποθετηθεί σωστά στις σιαγόνες. Το κλείσιμο κενών σιαγόνων σε αγγείο ή ανατομική δομή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.
- Μην πιέζετε τον εφαρμοστή πάνω από άλλα χειρουργικά εργαλεία, συνδετήρες, κλιπς, χολόλιθους ή άλλες σκληρές δομές, καθώς μπορεί να προκληθεί θραύση του κλιπ.
- Μετά την τοποθέτηση κάθε συνδετήρα απαιτείται να κλείσετε πλήρως τον εφαρμοστή. Η μερική συμπίεση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρθρωση του κλιπ και σε ακατάλληλη απολίνωση.
- Το κλιπ πρέπει να ασφαλίσει με ασφάλεια για να διασφαλιστεί η σωστή του αγγείου ή του ιστού. Επιθεωρήστε το σημείο απολίνωσης μετά την εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι κάθε κλιπ τοποθετήθηκε και έκλεισε καλά στην απολίνωση της δομής. Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά τη χρήση άλλων χειρουργικών συσκευών στην άμεση περιοχή της εφαρμογής, ώστε να μην παραλείπεται η τυχαία μετατόπιση του κλιπ.
- Τα συνδετικά κλιπ Click'aV® και Click'aV Plus™ μπορούν να ανοίξουν με ειδικά σχεδιασμένο αφάιρησης κλιπ. Συνιστάται ιδιαίτερα να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος αφάιρησης κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνουν τη χρήση των κλιπ απολίνωσης Click'aV® και Click'aV Plus™. Μόλις ανοιχτεί, το κλιπ πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει να επανατοποθετείται, ακόμη και αν δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Το κλιπ που ανοίγει με το αφαιρούμενο μπορεί να αναπτύξει μικρορωγμές και το κλιπ αυτό μπορεί να σπαστεί ή να γλιστρήσει από το αγγείο οδηγώντας σε αιμορραγία.
- Όταν εργάζεστε με τον εφαρμοστή Click'aV®, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των συνδετικών κλιπ Click'aV® και Click'aV Plus™.
- Εάν είναι απαραίτητη η απόρριψη του προϊόντος, αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον.
- Να είστε προσεκτικοί όταν υπάρχουν πιθανότητα έκθεσης σε αίμα ή σωματικά υγρά. Να τηρείτε τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου όσον αφορά τη χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και εξοπλισμού.

Συνδετικά κλιπ εγγύηση Appliers

Όλες οι συστολές συνδετικών κλιπ Grena Click'aV® καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους. Η Grena θα επισκευάσει δωρεάν κάθε προσαρμογέα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για κανονικούς χειρουργικούς σκοπούς με συνδετικά κλιπ Grena για τα οποία έχει σχεδιαστεί και δεν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο. Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία του προσαρμογέα η οποία προκαλείται από τη χρήση κλιπ που δεν είναι της Grena, η εγγύηση δεν ισχύει.

Οδηγίες επανεπεξεργασίας:

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τα βήματα που απαιτούνται για την επανεπεξεργασία των συνδετήρων Grena Click'aV® και Click'aV Plus™ Ligating Clips Appliers.

Αυτό περιλαμβάνει προεπεξεργασία στο σημείο χρήσης, χειροκίνητο καθαρισμό και απολύμανση, μηχανική επεξεργασία καθώς και αποστείρωση με ατμό στη διαδικασία κλασματισμένου κενού.

<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κανάλι έκπλυσης είναι μακρύ και στενό. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό για την απομάκρυνση όλων των ρύπων από αυτό. Μην χρησιμοποιείτε στερεοποιητικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να φράξουν τον αυλό του καναλιού έκπλυσης.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρήστης/επεξεργαστής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε χώρες όπου οι απαιτήσεις επανεπεξεργασίας είναι αυστηρότερες από αυτές που περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής των νοσοκομείων καθώς και οι συστάσεις των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να υποβάλλονται σε διεξοδική επεξεργασία σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καθολικές προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που εργάζεται με μολυσμένα ή δυνητικά μολυσμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για την αποφυγή τραυματισμών θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό συσκευών με αιχμηρά σημεία ή κοπτικές άκρες.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια όλων των βημάτων επανεπεξεργασίας πρέπει να φοριούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά το χειρισμό ή την εργασία με μολυσμένα ή δυνητικά μολυσμένα υλικά, συσκευές και εξοπλισμό για την πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης. Τα ΜΑΠ περιλαμβάνουν ρόμπες, μάσκες, γυαλιά ή ασπίδες προσώπου, γάντια και καλύμματα παπουτσιών. Τηρείτε τους συνήθεις κανονισμούς για το χειρισμό μολυσμένων αντικειμένων και τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης: - Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια όταν αγγίζετε. - Απομονώστε το μολυσμένο υλικό χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευασία και σήμανση.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε βαριά όργανα πάνω σε ευαίσθητες συσκευές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικές βούρτσες ή μαξιλάρια καθαρισμού κατά τη διάρκεια των διαδικασιών χειροκίνητου καθαρισμού. Αυτά τα υλικά θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια και το φινιρίσμα των οργάνων. Θα πρέπει να βούρτσες με μαλακές τρίχες, νάιλον βούρτσες και καθαριστές σωλήνων.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τις μολυσμένες συσκευές να στεγνώσουν πριν από την επανεπεξεργασία. Όλα τα επακόλουθα στάδια καθαρισμού και αποστείρωσης διευκολύνονται με το να μην επιτρέπεται το στέγνωμα αίματος, σωματικών υγρών, υπολειμμάτων οστών και ιστών, φυσιολογικού ορού ή απολυμαντικών στις χρησιμοποιημένες συσκευές. Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να μεταφέρονται στην κεντρική παροχή σε κλειστά ή καλυμμένα δοχεία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το τέλος της θεραπείας, όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά/απολυμαντικά εγκεκριμένα για την επανεπεξεργασία ιατρικών συσκευών. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα καθαριστικά/απολυμαντικά μέσα. Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα διαλύματα καθαρισμού ή απολύμανσης ή εάν εφαρμοστούν ακατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού ή απολύμανσης, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τις συσκευές: - Βλάβη ή διάβρωση - Αποχρωματισμός του προϊόντος - Διάβρωση μεταλλικών μερών - Μειωμένη διάρκεια ζωής - Λήξη της εγγύησης</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Grena Ltd. συνιστά τη χρήση μόνο πλυντηρίων-απολυμαντήρων που συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN ISO 15883-1 και -2 για αυτοματοποιημένο καθαρισμό/απολύμανση. Συνιστάται η μηχανική επανεπεξεργασία να προτιμάται, εάν είναι δυνατόν, έναντι των χειροκίνητων μεθόδων επανεπεξεργασίας.</p>
<p>Περιορισμοί στην επανεπεξεργασία:</p>	<p>Τα εργαλεία παραδίδονται μη αποστειρωμένα και πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση Για τις ενδοσκοπικές συσκευές, ο αρχικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη χρήση καθαριστικού υπερήχων για την απομάκρυνση τυχόν συνηρητικών από τη συσκευή. Οι συστασιμενες παράμετροι είναι 3 λεπτά, 40°C, 35 kHz. Η εκτεταμένη χρήση ή η επανειλημμένη επανεπεξεργασία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα όργανα. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος καθορίζεται από τις εκτιμήσεις της φθοράς και των φθορών που οφείλονται στη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή διαβρωμένα όργανα. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού. Το μαλακό νερό της βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αρχικό ζέπλυμα. Για το τελικό ζέπλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρισμένο νερό για την εξάλειψη των εναποθέσεων αλάτων στις συσκευές. Για τον καθαρισμό του νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες: υπερφίλτρο (UF), αντίστροφη όσμωση (RO), αποιονισμένο (DI) ή ισοδύναμο.</p>
<p>ΟΔΗΓΙΕΣ</p>	
<p>Σημείο :</p>	<p>Ο προ-καθαρισμός των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική προστασία. Στόχος είναι να αποτραπεί η ζήτηση οργανικών υλικών και χημικών υπολειμμάτων στον αυλό ή στα εξωτερικά μέρη των οργάνων και να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου. 1. Απομακρύνετε την περίσσεια χύματος, σωματικών υγρών και ιστών με πανί/χαρτομάνηλο μίας χρήσης. 2. Βυθίστε το όργανο στο νερό (θερμοκρασία κάτω των 40°C) αμέσως μετά τη χρήση. 3. Μην χρησιμοποιείτε στερεοποιητικά απορρυπαντικά ή νερό με θερμοκρασία άνω των 40°C, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε συγκόλληση του χύματος και να επηρεάσουν τα επόμενα</p>
<p>Περιορισμό και μεταφορά:</p>	<p>Συνιστάται η επανεπεξεργασία των συσκευών το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση. Για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, οι συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια στον τόπο περαιτέρω επανεπεξεργασίας σε κλειστό δοχείο (π.χ. μπανιέρα με καπάκι), ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου. Ο μέγιστος χρόνος μεταξύ του προ-καθαρισμού του οργάνου και των περαιτέρω βημάτων καθαρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα. Μεταφέρετε τα όργανα στην αίθουσα επεξεργασίας και βάλτε τα στη λεκάνη με το διάλυμα καθαρισμού.</p>
<p>Προετοιμασία για καθαρισμό:</p>	<p>Η αποσυναρμολόγηση απαιτείται μόνο για τις αποσπώμενες ενδοσκοπικές λαβίδες, οι οποίες αναγνωρίζονται από την ένδειξη "HS" ως μέρος του αριθμού αναφοράς που αναγράφεται στη λαβή. Για να αποσυναρμολογήσετε, πιάστε το άνω τμήμα του στελέχους με δύο δάχτυλα και περιστρέψτε το κουμπί περιστροφής αριστερόστροφα για να ξεβιδώσετε το ένθεμα. Αφαιρέστε το ένθετο από τον άξονα. Για τη συναρμολόγηση ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. Μην επιχειρήσετε να κρατήσετε το εξάρτημα από τις σιαγόνες για τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης, αλλά ακριβώς πίσω από αυτές στον μεντεσέ, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η σωστή ευθυγράμμιση των σιαγόνων. Η σωστή ευθυγράμμιση των σιαγόνων είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών κλιπ. Όλα τα καθαριστικά μέσα πρέπει να παρασκευάζονται με τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή αραιώση χρήσης και θερμοκρασία. Για την προετοιμασία των καθαριστικών μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαλακό νερό βρύσης. Η χρήση των συνιστώμενων θερμοκρασιών είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση των καθαριστικών μέσων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να παρασκευάζονται νέα διαλύματα καθαρισμού όταν τα υπάρχοντα διαλύματα έχουν μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό (αιματηρά ή/και θολά).</p>

<p>Καθαρισμός/απολύμανση: Απολύμανση: Χειροκίνητη</p>	<p>Εξοπλισμός: ουδέτερο ή αλκαλικό πρωτεολυτικό ενζυμικό απορρυπαντικό pH, βούρτσα με μαλακή τρίχα Steris 1B33B3 ή παρόμοια, πιστόλι καθαρισμού υπό πίεση ή σύριγγα μεγάλου όγκου, υδατόλουτρο υπερήχων.</p> <p>Επικυρωμένη διαδικασία προ-καθαρισμού:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Μουλιάστε τη συσκευή σε διάλυμα πλύσης/απολύμανσης για 5 λεπτά (για την επικύρωση χρησιμοποιήθηκε 4% Sekusept Activ, 30-35°C). 2. Χρησιμοποιώντας βούρτσα με μαλακή τρίχα και διατηρώντας τη συσκευή μέσα στο διάλυμα διαβροχής, εφαρμόστε το διάλυμα πλύσης/απολύμανσης σε όλες τις επιφάνειες, εξασφαλίζοντας ότι οι σιαγόνες καθαρίζονται τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η ορατή μόλυνση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του άξονα με το διάλυμα. 3. Ξεπλύνετε το όργανο με νερό βρύσης (<40 °C), ενώ ενεργοποιείτε τη συσκευή, μέχρι να μην υπάρχουν ίχνη αίματος ή χύματος στη συσκευή ή στο ρεύμα του ξεπλύματος, αλλά τουλάχιστον για 3 λεπτά. 4. Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα μεγάλου όγκου (ή πιστόλι πίεσης καθαρισμού) για να ξεπλύνετε επιθετικά το εσωτερικό του άξονα με νερό βρύσης (<40 °C) μέσω της θύρας έκπλυσης (για ενδοσκοπικές συσκευές) στο εγγύς άκρο του άξονα, έως ότου δεν υπάρχει ορατό χύμα που να φεύγει από τον άξονα, αλλά τουλάχιστον για 1 λεπτό. <p>Επικυρωμένη διαδικασία χειροκίνητου καθαρισμού:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε υδατόλουτρο υπερήχων γεμάτο με διάλυμα πλύσης/απολύμανσης και κάντε ηχοβόλισμό για 3 λεπτά, 40±1°C, 35 kHz (για την επικύρωση χρησιμοποιήθηκε 2% Sekusept Activ). 2. Αφαιρέστε το όργανο από το υδατόλουτρο υπερήχων. 3. Χρησιμοποιώντας βούρτσα με μαλακή τρίχα, τρίψτε το όργανο κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης κάτω από 40°C για τουλάχιστον 1 λεπτό ή μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ορατά υπολείμματα. 4. Χρησιμοποιήστε πιστόλι πίεσης καθαρισμού ή σύριγγα μεγάλου όγκου για να ξεπλύνετε επιθετικά το εσωτερικό του άξονα (για ενδοσκοπικές συσκευές) με νερό βρύσης (κάτω από 40°C) μέχρι να μην υπάρχει ορατό χύμα στον άξονα, αλλά για τουλάχιστον 1 λεπτό. 5. Ξεπλύνετε τη συσκευή κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού έκπλυσης (για ενδοσκοπικές συσκευές), ενώ ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για το βήμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται νερό UF, RO ή DI. 6. Απομακρύνετε την περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή με ένα καθαρό, απορροφητικό και μη αποχωριζόμενο μαντηλάκι. 7. Στεγνώστε τη συσκευή με πεπιεσμένο ιατρικό αέρα, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού έκπλυσης. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να επικυρώνεται. Ελέγξτε οπτικά την καθαρότητα για να βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα υπολείμματα. Εάν δεν είναι οπτικά καθαρή, επαναλάβετε τα βήματα επανεπεξεργασίας έως ότου η συσκευή είναι οπτικά καθαρή.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται οι χρησιμοποιημένες βούρτσες καθαρισμού να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση (εάν είναι δυνατόν σε υδατόλουτρο υπερήχων) και στη συνέχεια να απολυμαίνονται. Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποστείρωση πρέπει να αποθηκεύονται στεγνά και να προστατεύονται από τη μόλυνση.</p>										
<p>Καθαρισμός/απολύμανση:</p>	<p>Εξοπλισμός - Πλυντήριο/απολυμαντήρας, πρωτεολυτικό ενζυμικό απορρυπαντικό ουδέτερου pH ή αλκαλικό πρωτεολυτικό απορρυπαντικό, βούρτσα με μαλακή τρίχα Steris 1B33B3 ή παρόμοια, πιστόλι πίεσης καθαρισμού ή σύριγγα μεγάλου όγκου, υδατόλουτρο υπερήχων. Τα ενδοσκοπικά εργαλεία έχουν κανάλια, σχισμές και λεπτές αρθρώσεις. Η αποξηραμένη ρύπανση είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί από αυτές τις περιοχές με αυτοματοποιημένο καθαρισμό. Για να επιτευχθεί αποτελεσματικός καθαρισμός, είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι μαζικές ακαθαρσίες πριν από την αυτοματοποιημένη επανεπεξεργασία, γι' αυτό η Grena Ltd. συνιστά χειροκίνητο προ-καθαρισμό. Ειδικότερα, φρονίστε να προ-καθαρίσετε τον άξονα πριν από τον καθαρισμό στο πλυντήριο/απολυμαντήρα.</p> <p>Επικυρωμένη διαδικασία προ-καθαρισμού:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Μουλιάστε τη συσκευή σε διάλυμα πλύσης/απολύμανσης για 5 λεπτά (για την επικύρωση χρησιμοποιήθηκε 4% Sekusept Activ, 30-35°C). 2. Χρησιμοποιώντας βούρτσα με μαλακή τρίχα και διατηρώντας τη συσκευή μέσα στο διάλυμα διαβροχής, εφαρμόστε το διάλυμα πλύσης/απολύμανσης σε όλες τις επιφάνειες, εξασφαλίζοντας ότι οι σιαγόνες καθαρίζονται τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η ορατή μόλυνση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του άξονα με το διάλυμα. 3. Ξεπλύνετε το όργανο με νερό βρύσης (<40 °C), ενώ ενεργοποιείτε τη συσκευή, μέχρι να μην υπάρχουν ίχνη αίματος ή χύματος στη συσκευή ή στο ρεύμα του ξεπλύματος, αλλά τουλάχιστον για 3 λεπτά. 4. Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα μεγάλου όγκου (ή ένα πιστόλι καθαρισμού υπό πίεση) για να ξεπλύνετε επιθετικά το εσωτερικό του άξονα με νερό βρύσης (<40 °C) μέσω της θύρας έκπλυσης στο εγγύς άκρο του άξονα μέχρι να μην υπάρχει ορατό χύμα στον άξονα, αλλά τουλάχιστον για 1 λεπτό. <p>Επικυρωμένη διαδικασία αυτόματου καθαρισμού: Η Grena Ltd. συνιστά τη χρήση μιας συσκευής καθαρισμού/απολύμανσης συμβατής με τα πρότυπα EN ISO 15883-1 και -2 σε συνδυασμό με κατάλληλο φορέα φορτίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής πλύσης/απολύμανσης. Τοποθετήστε τα όργανα στο πλυντήριο/απολυμαντήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνδέστε τα κανάλια έκπλυσης (εάν είναι εξοπλισμένα) των οργάνων στο πλυντήριο/απολυμαντήρα ώστε να ξεπλυθούν. Οι ακόλουθες παράμετροι διεργασίας είναι κατάλληλες για την επανεπεξεργασία των οργάνων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κρύο πρόπλυμα, νερό <40°C, 1 λεπτό. 2. Πλύσιμο, ζεστό νερό, 10 λεπτά, συγκέντρωση απορρυπαντικού και θερμοκρασία σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή (η διαδικασία επικυρώθηκε με 0,7% Thermosept® RKF, 55 °C). 3. Εξουδετέρωση, συγκέντρωση και χρόνος εξουδετέρωσης σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή (η διαδικασία επικυρώθηκε με 0,15% Thermosept® NKZ, >30°C, 2 λεπτά). 4. Ξεπλύνετε με κρύο νερό κάτω των 40°C, 1 λεπτό. 5. Θερμική απολύμανση >2,5 λεπτά, > 93°C με νερό UF, RO ή DI, συγκέντρωση πρόσθετου σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή (η διαδικασία επικυρώθηκε χωρίς πρόσθετο). 6. Στέγνωμα 110°C, 6 λεπτά. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να επικυρώνεται.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επικυρωμένες παράμετροι αντιστοιχούν σε διεργασίες με τιμή A0 > 3000s. Grena Ltd. Συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο διεργασίες με τιμή A0 > 3000s.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε τα όργανα υγρά μετά την επανεπεξεργασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και ανάπτυξη μικροβίων. Εάν οι συσκευές δεν είναι εντελώς στεγνές μετά την ολοκλήρωση της μηχανικής επεξεργασίας, στεγνώστε το όργανο χειροκίνητα (βλ. ενότητα "Στέγνωμα") και αποθηκεύστε το σύμφωνα με τις οδηγίες.</p>										
<p>Στέγνωμα:</p>	<p>Στεγνώστε τυχόν εναπομείνασα υγρασία με ένα καθαρό, απορροφητικό πανί, που δεν διαπερνά. Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο ιατρικό αέρα ή μια σύριγγα μεγάλης έντασης για να φυσήξετε το κανάλι έκπλυσης και τον μεντεσέ των σιαγόνων μέχρι να μη διαφύγει πλέον υγρασία.</p>										
<p>Συντήρηση:</p>	<p>Οι μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη πρέπει να λιπαίνονται με υδατοδιαλυτό προϊόν που προορίζεται για χειρουργικά εργαλεία που πρέπει να αποστειρωθούν. Θα πρέπει να τηρούνται οι ημερομηνίες λήξης του κατασκευαστή τόσο για τα αποθέματα όσο και για τις συγκεντρώσεις αραίωσης χρήσης των μέσων καθαρισμού/απολύμανσης.</p>										
<p>Επιθεώρηση και δοκιμή λειτουργίας:</p>	<p>Ελέγξτε τη συσκευή ως προς τη λειτουργικότητά της - σε περίπτωση οποιασδήποτε τεχνικής βλάβης το όργανο πρέπει να απορριφθεί. Ελέγξτε τη λειτουργία των κινούμενων μερών (π.χ. σιαγόνες, μεντεσέδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία σε όλο το προβλεπόμενο εύρος κίνησης. Ελέγξτε τις σιαγόνες για υπερβολικό παιχνίδι. Ελέγξτε οπτικά για ζημιές και φθορά. Δώστε προσοχή στη σωστή ευθυγράμμιση των σιαγόνων. Ελέγξτε τον άξονα για παραμόρφωση. Επιθεωρήστε προσεκτικά κάθε συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί κάθε ορατή ρύπανση. Εάν διαπιστωθεί μόλυνση, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού/απολύμανσης. Απορρίψτε τα κατεστραμμένα όργανα. Ελέγξτε τα σπείρώματα των αποσπώμενων προσαρτημάτων για τυχόν φθορές και αντιστάσεις κατά τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. Ίχνη ζημιών ή αντίστασης καθιστούν τη συσκευή αποσυρόμενη από τη χρήση.</p>										
<p>Συσκευασία:</p>	<p>Μόνο: Αποστείρωση με ατμό. Μπορεί να μια τυπική εμπορικά διαθέσιμη, ιατρικής ποιότητας θήκη ή περιτύλιγμα αποστείρωσης με ατμό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να περιέχει τη συσκευή χωρίς να καταπονούνται οι σφραγίδες. Μην χρησιμοποιείτε συσκευασία που είναι πολύ μεγάλη για να αποτρέψετε την ολίσθηση των οργάνων μέσα στη συσκευασία.</p> <p>Σε σύνολο: Τα όργανα μπορούν να φορτωθούν σε δίσκους αποστείρωσης γενικής χρήσης. Οι δίσκοι και οι θήκες με καπάκια μπορούν να τυλιγούνται με τυποποιημένο περιτύλιγμα αποστείρωσης ατμού ιατρικής ποιότητας. Βεβαιωθείτε ότι σιαγόνες προστατεύονται. Το συνολικό βάρος ενός περιτυλιγμένου δίσκου ή θήκης οργάνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11,4kg/25lbs για την ασφάλεια του προσωπικού που χειρίζεται σετ οργάνων- οι θήκες οργάνων που υπερβαίνουν τα 11,4kg/25lbs πρέπει να χωρίζονται σε ξεχωριστούς δίσκους για αποστείρωση. Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεύθυνση του ατμού σε όλες τις επιφάνειες των οργάνων. Τα όργανα δεν πρέπει να στοιβάγονται ή να τοποθετούνται σε στενή επαφή. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η θήκη οργάνων δεν ανατρέπει ούτε μετατοπίζεται το περιεχόμενό της μόλις τοποθετηθούν οι συσκευές στη θήκη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πατάκια σιλικόνης για να διατηρηθούν οι συσκευές στη θέση τους. Οι συσκευές για την επικύρωση της διαδικασίας αποστείρωσης συσκευάστηκαν σε σακουλάκια σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11607-1.</p>										
<p>Αποστείρωση:</p>	<p>Εξοπλισμός: Η Grena Ltd. συνιστά τη χρήση αποστειρωτή σύμφωνα με το EN ISO 17665 ή το EN 285. Η αποστείρωση πρέπει να πραγματοποιείται σε συσκευασία κατάλληλη για τη διαδικασία αποστείρωσης. Η συσκευασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 11607 (π.χ. χαρτί/μεμβράνη από έλασμα). Η αποστείρωση με υγρή θερμότητα/ατμό είναι η προτιμώμενη και συνιστώμενη μέθοδος για τις συσκευές Grena. Το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο για τις εσωτερικές διαδικασίες επιθεώρησης και συσκευασίας των οργάνων μετά τον επιμελή καθαρισμό τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη διεύθυνση του ατμού και την επαρκή ξήρανση. Το νοσοκομείο θα πρέπει επίσης να συστήσει διατάξεις για την προστασία τυχόν αιμικών ή δονητικών επιπλοκών των οργάνων. Θα πρέπει να ακολουθούνται ρητά οι οδηγίες του κατασκευαστή του αποστειρωτή για τις λειτουργίες και τη διαμόρφωση του φορτίου. Όταν αποστειρώνετε πολλαπλά σετ οργάνων σε ένα κύκλο αποστείρωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου φορτίου του κατασκευαστή. Τα σετ οργάνων πρέπει να αποθηκεύονται και να συσκευάζονται κατάλληλα σε δίσκους ή/και θήκες που επιτρέπουν στον ατμό να διεισδύσει και να έρθει σε άμεση επαφή με όλες τις επιφάνειες. Συνιστάται η αποστείρωση των αποσπώμενων προσαρτημάτων σε αποσυναρμολογημένη κατάσταση για να αποφευχθεί η πιθανότητα εμπλοκής του ενθέματος σε περίπτωση που το ένθεμα συναρμολογήθηκε πολύ σφιχτά με τη λαβή.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστείρωση με αέριο πλάσμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αποστειρώνετε μη καθαρισμένα εργαλεία! Η επιτυχία μιας αποστείρωσης εξαρτάται από την προηγούμενη κατάσταση καθαρισμού! Οι ελάχιστες επικυρωμένες παράμετροι αποστείρωσης με ατμό που απαιτούνται για την επίτευξη επιπέδου διασφάλισης στεριότητας (SAL) 10⁻⁶ είναι οι ακόλουθες:</p> <table border="1" data-bbox="247 2094 1308 2161"> <thead> <tr> <th>Τύπος κύκλου</th> <th>Θερμοκρασία [°C]</th> <th>Χρόνος έκθεσης [min]</th> <th>Πίεση [bar]</th> <th>Χρόνος ξήρανσης [λεπτά]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κλασματικό προενέσεις 10 kPa</td> <td>134</td> <td>3</td> <td>>3</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Τύπος κύκλου	Θερμοκρασία [°C]	Χρόνος έκθεσης [min]	Πίεση [bar]	Χρόνος ξήρανσης [λεπτά]	Κλασματικό προενέσεις 10 kPa	134	3	>3	15
Τύπος κύκλου	Θερμοκρασία [°C]	Χρόνος έκθεσης [min]	Πίεση [bar]	Χρόνος ξήρανσης [λεπτά]							
Κλασματικό προενέσεις 10 kPa	134	3	>3	15							

Αποθήκευση:	Τα αποστειρωμένα, συσκευασμένα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε καθορισμένο χώρο περιορισμένης πρόσβασης που αερίζεται καλά και παρέχει προστασία από σκόνη, έντομα, παράσιτα και ακραίες θερμοκρασίες/υγρασία.
Πρόσθετες πληροφορίες:	Οι οδηγίες που παρέχονται ανωτέρω έχουν συστηθεί από τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ως ικανές να προετοιμάσουν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν για επαναχρησιμοποίηση. Παραμένει στην ευθύνη του επεξεργαστή να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία, όπως πραγματικά πραγματοποιείται με τη χρήση του εξοπλισμού, των υλικών και του προσωπικού στην εγκατάσταση επεξεργασίας, επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό απαιτεί επικύρωση και τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας. Ομοίως, κάθε απόκλιση του εκτελούντος την επεξεργασία από τις παρεχόμενες συστάσεις πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα ως προς την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες. Οι χρήστες πρέπει στη συνέχεια να καθορίσουν ένα κατάλληλο πρωτόκολλο καθαρισμού για τα επαναχρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τους, χρησιμοποιώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή του προϊόντος και του κατασκευαστή του καθαριστικού. Λόγω των πολλών μεταβλητών που εμπλέκονται στην αποστείρωση/απολύμανση, κάθε ιατρική μονάδα θα πρέπει να βαθμονομεί και να επαληθεύει τη διαδικασία αποστείρωσης/απολύμανσης (π.χ. θερμοκρασίες, χρόνοι) που χρησιμοποιείται με τον εξοπλισμό της. Είναι ευθύνη της Ιατρικής Μονάδας να διασφαλίσει ότι η επανεπεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και υλικών και ότι το προσωπικό της μονάδας επανεπεξεργασίας έχει εκπαιδευτεί επαρκώς προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μια ειδοποίηση προς τον χρήστη	Εάν έχει συμβεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τη συσκευή, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
Επικοινωνία με τον	Βλέπε τον τίτλο των οδηγιών .



Προσοχή



Κρατήστε το στεγνό



Συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό οδηγίες χρήσης



Κατασκευαστής



Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Αριθμός καταλόγου



Κωδικός παρτίδας



Ποσότητα στη συσκευασία



Ιατρική συσκευή

Τα έντυπα των οδηγιών χρήσης που παραδίδονται με τα προϊόντα Grena είναι πάντα στην αγγλική γλώσσα. Εάν χρειάζεστε ένα έντυπο IFU σε άλλη γλώσσα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Grena Ltd. στο ifu@grena.co.uk ή στο + 44 115 9704 800.

Παρακαλούμε σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με την κατάλληλη εφαρμογή. Θα σας συνδέσει με τον ιστότοπο της Grena Ltd. όπου μπορείτε να επιλέξετε το IFU στη γλώσσα που προτιμάτε.

Μπορείτε να εισέλθετε απευθείας στον ιστότοπο ηλεκτρολογώντας www.grena.co.uk/IFU στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έντυπη έκδοση του IFU που έχετε στην κατοχή σας είναι στην τελευταία έκδοση πριν από τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα το IFU στην τελευταία αναθεώρηση.

